


# 開創器付き錫(すず)の手型板



## スズ開創手型板

サイズ W247×D310×H2

型番 M00020

医療機器届出番号 16B3X10006000002



開創器付きなので、人の手で開創部を  
抑えておく必要がありません。

錫は人体に有害な菌の繁殖を  
大幅に抑えます。



【錫の抗菌試験グラフ】

JFEテクノリサーチ(株)試験結果

試験方法：JIS Z 2801

「抗菌加工製品・抗菌性試験方法・抗菌効果」

5試験方法による




# 能作

NOUSAKU

より能い<sup>よ</sup>鋳物を、より能く<sup>よ</sup>作る

能作は、技術と素材を最大限に生かすデザインを  
探求し続け、高岡の地で人に愛され 地域に誇れる  
ものづくりを目指します。

since1916



代表商品：KAGO

お問い合わせはこちらまで

0766-73-8805

(能作メディカル事業部)

錫の抗菌性や  
曲がる特性を生かし  
医療機器を  
開発・製造しています。



リング開創器

【製造販売元】株式会社 能作

〒939-1119 富山県高岡市オフィスパーク 8-1

TEL：0766-63-5080 FAX：0766-63-5510

URL：www.nousaku.co.jp